

**RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 03/2020 – CISAMURES**

OBJETO: O PRESENTE PREGÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA, AMBULATORIAL E LIMPEZA, LISTADOS NO ANEXO I DO EDITAL Nº 03/2020.

REQUERENTE: CSE Equipamentos e Serviços EIRELI

Em 30 de Junho de 2020, a empresa CSE Equipamentos e Serviços EIRELI, se manifestou, solicitando esclarecimentos nos seguintes termos via e-mail (licitacoes@cisamures.sc.gov.br):

“Sobre o Item 140 - Monitor de Sinais Vitais, quais são os parâmetros mínimos desejados?

Agradeço sua atenção. “

RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO:

Ao transcrever o item 140, ficou faltando algumas especificações sendo as seguintes: *Uso adulto, pediátrico e neonatal. Gráficos de tendências (memória) de até 48 horas de monitoração ou superior. Amplificador de entrada flutuante protegido contra descarga de Desfibrilador e Eletrocautério, filtro de RF incorporado, alarmes, sonoro e visual, tecla suspende alarme temporizada e tecla de desliga alarme, memória de configuração. Circuito totalmente isolado do paciente. Alimentação 110/220V, 50/60Hz. Permitir configurar os parâmetros: CANAL DE ECG: Em 1 ou 2 canais ou mais, 7 derivações selecionáveis por tecla ou mais, Frequência Cardíaca digital de 0 a 300 BPM com resolução de 1 BPM ou mais. Congelamento por cascata, ganho selecionável de N/2, N e 2N, detecção e rejeição de marca passo, filtros de 35 e 60 Hz ou mais, Análise do Segmento ST e alarmes programáveis para bradicardia e taquicardia, indicação e alarme de eletrodo solto. CANAL DE RESPIRAÇÃO: através de impedância torácica, com indicação digital e curva respiratória, alarme selecionável de 5 a 200 resp/min Apnéia de 5 a 40 Seg ou mais e alarme de eletrodo solto. CANAL DE OXÍMETRO DE PULSO (SpO²): com indicação digital e curva pletismográfica, faixa de medida Possui alarme de falha e falta de sensor, bem como para saturação alta e baixa. CANAL DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PANI): método de medição oscilométrico, para uso adulto, infantil e neonato permitindo armazenar até 600 leituras ou mais. Faixa de pressão, com auto zeragem de pressão de referência a cada leitura, com desinflagem automática da abraçadeira (cuff) CANAL DE TEMPERATURA.*

Assim, o Pregoeiro presta o esclarecimento necessário pela requerente.

Lages, 30 de Junho de 2020.

**Guilherme Rangel Bianchini
Pregoeiro CISAMURES**



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7232-3603-3057-4677

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GUILHERME RANGEL BIANCHINI (CPF 088.424.459-83) em 30/06/2020 11:11:49 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisamures.1doc.com.br/verificacao/7232-3603-3057-4677>